

Dobrzyniewo Duże, dnia 9 lipca 2020 r.

Wykonawcy (wszyscy)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: **Rir.271.17.2020**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup wyposażenia technicznego strażaków w ramach realizacji projektu pn. „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup wyposażenia technicznego strażaków w ramach realizacji projektu pn. „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach. Treść pytań Wykonawców w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej.

WYKONAWCA NR 5.

PYTANIA Z DNIA 07.07.2020 R.

PYTANIE NR 8

W związku z Państwa postępowaniem na dostawę wyposażenia dla strażaków, chcę odnieść się do pytania dotyczącego defibrylatorów AED. Otóż w Państwa pierwotnym opisie defibrylatora było: "Wyposażony w elektrody uniwersalne, które można stosować przy defibrylacji zarówno dzieci jak i dorosłych....." Jeden z potencjalnych wykonawców wniósł o zmianę opisu zamówienia na podstawie uzasadnienia:

"We wszystkich nowoczesnych urządzeniach AED dla bezpieczeństwa stosuje się oddzielne elektrody pediatriczne. W przypadku dorosłych elektrody nakleja się na klatkę piersiową. W przypadku dzieci poniżej 25 kg elektrody naklejane są na środek mostka oraz plecy. Z powodu innego miejsca naklejenia wszyscy producenci stosują więc inne elektrody, dedykowane dzieciom, które mają nieco inny rozmiar oraz inne oznaczenie, które pozwala na przyklejenie ich w prawidłowym miejscu i gwarantuje defibrylację , która jest bezpieczna dla dziecka".

Sformułowania czerwoną czcionką ściwiadczą albo o nieznamomości zagadnienia przez piszącą osobę, lub są świadomym wprowadzeniem w błąd. Stwierdzenia w stylu "przyklejenie ich w prawidłowym miejscu gwarantuje defibrylację , która jest bezpieczna dla dziecka" są wykorzystywaniem niewiedzy osób nie zajmujących się defibrylacją i insynuującym zagrożenia wynikające z defibrylacji.

Otóż jest dokładnie odwrotnie - nowoczesne urządzenia mają elektrody uniwersalne !!!

Stwierdzenie "Z powodu innego miejsca naklejenia wszyscy producenci stosują więc inne elektrody, dedykowane dzieciom" - jest nieprawdziwe !

Podstawową korzyścią wynikającą z elektrod uniwersalnych jest szybkość obsługi defibrylatora podczas akcji ratunkowej:

- wiadomo, że są (pediatryczne z reguły gdzieś się zawieruszają bo nie są podłączone do AED)
- nie trzeba ich podczas akcji wymieniać co zabiera sporo czasu
- dostęp do elektrod uniwersalnych jest zdecydowanie szybszy tzn. quick step zamiast siłowanie się z "saszetką" a później z dodatkowymi plastikowymi nakładkami"
- koszty - zamiast dwóch par elektrod wymienimy jedną





Jak widać na zdjęciu są one dobrze oznaczone pod kątem miejsca umieszczenia.

Czy w związku z tym Zamawiający wróci do pierwotnego opisu przedmiotu zamówienia "Wyposażony w elektrody uniwersalne, które można stosować przy defibrylacji zarówno dzieci jak i dorosłych....." ?

PS: pomiąłem inne aspekty dotyczące defibrylacji dzieci takie jak energia wstrząsu, skupiając się jedynie na korzyściach płynących z jednej pary elektrod zamiast dwóch.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z tym co zostało wskazane w udzielonych odpowiedziach na pytania przez Zamawiającego w dniu **01.07.2020 r.**, **PYTANIE NR 1** - *W związku z ogłoszonym postępowaniem, zwracamy się z prośbą o zmianę jednego punktu specyfikacji defibrylatora AED: "Wyposażony w elektrody uniwersalne, które można stosować przy defibrylacji zarówno dzieci jak i dorosłych..."* zmiana na: **Wyposażony w elektrody dla dorosłych oraz dzieci od 1 do 8 roku życia.** **UZASADNIENIE:** *We wszystkich nowoczesnych urządzeniach AED dla bezpieczeństwa stosuje się oddzielne elektrody pediatryczne. W przypadku dorosłych elektrody nakleja się na klatkę piersiową. W przypadku dzieci poniżej 25 kg elektrody naklejane są na środek mostka oraz plecy. Z powodu innego miejsca wszyscy producenci stosują więc inne elektrody, dedykowane dzieciom, które mają nieco inny rozmiar oraz mają inne oznaczenie, które pozwala na przyklejenie ich w prawidłowym miejscu i gwarantuje defibrylację która jest bezpieczna dla dziecka.*

Po czym Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.07.2020r.:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę w zakresie określonym w powyższym zapytaniu.

Odpowiadając na sugestię Wykonawcy w zakresie dotyczącym wyposażenia w elektrody uniwersalne, które można stosować przy defibrylacji zarówno dzieci jak i dorosłych, Zamawiający informuje, iż nie dokonał zmiany SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dopuścił jedynie rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, co nie wyklucza możliwości realizacji zamówienia zgodnie z opisem określonym przez Zamawiającego w pierwotnej wersji.

W związku z niniejszymi odpowiedziami na pytania i modyfikacjami treści SIWZ następuje modyfikacja treści SIWZ. Zamawiający zamieszcza zaktualizowane załączniki. Jednocześnie Zamawiający zmienia termin wpływu i otwarcia ofert z dnia 10.07.2020 r. na dzień 13.07.2020 r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje treści, stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Wojciech Cybulski

